

 HOSPITAL PORTODIAS	HOSPITAL PORTO DIAS	Data 1ª versão: 15/12/2016
		Ult. Revisão: 22/05/2024
		Vencimento: 21/05/2026
		Versão: 04
		Nº Páginas: 1/10
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	CONTROLE DE INVENTÁRIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HPD-EC-POP-02	

1. OBJETIVO

Descrever a metodologia a ser utilizada de verificação e controle de inventário dos equipamentos médicos hospitalares presente nas unidades, a fim de assegurar padronização da rotina e evitar falhas no processo como falta de dados, duplicidade e erros de preenchimentos.

2. RESPONSABILIDADES

2.1. ENGENHARIA CLÍNICA

Responsável pelo inventário anual dos equipamentos médicos do hospital, utilizando metodologia que permita a coleta de informações essenciais dos equipamentos que viabilizem o seu cadastro padronizado e rastreável no sistema de Engenharia Clínica Neovero.

A metodologia utilizada engloba o uso de etiquetas padronizadas com informações que permitam o rastreio do equipamento no inventário e no setor.

Ademais, é responsável pelo acompanhamento da rotina de inventário setoriais, realizados pelas unidades assistenciais do hospital, por meio do recebimento de formulários preenchidos pelos setores.

2.2. SETORES ASSISTENCIAIS

Responsáveis pelo controle periódico do inventário setorial, registrando as movimentações realizadas de forma interna, assim como entrada e saída intersetorial. Ademais, devem zelar pela preservação das etiquetas de identificação dos equipamentos.

De forma periódica devem preencher o formulário de inventário que deve ser entregue ao setor de Engenharia Clínica para validação e atualização das informações no sistema de Gestão Neovero.

Elaboração e Revisão: André Pinho Engenharia Clínica	Validação: Marina Azevedo Qualidade	Aprovação: Enf. ^a Vaneska Tainá Qualidade
---	--	---

	HOSPITAL PORTO DIAS	Data 1ª versão: 15/12/2016
		Ult. Revisão: 22/05/2024
		Vencimento: 21/05/2026
		Versão: 04
		Nº Páginas: 2/10
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	CONTROLE DE INVENTÁRIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HPD-EC-POP-02	

3. ABRANGÊNCIA

Institucional.

4. DESCRIÇÃO

4.1. UNIDADES ASSISTENCIAIS

Esse documento se aplica a todas as unidades assistenciais que utilizam de tecnologias médicas. Os responsáveis por estes setores, assim como toda equipe multiprofissional, devem zelar pelos equipamentos e mantê-lo higienizados e em perfeitas condições para uso. O cronograma de controle de inventário que determina a periodicidade do inventário a ser realizado por cada setor deve ser cumprido.

Deve ser realizado o preenchimento do formulário de inventário, com o setor executante, o responsável pela verificação e a data da realização do inventário setorial.

4.1.1. Unidade de Terapia Intensiva

- Preencher o formulário de inventário UTI (anexo I) com o setor e responsável pela verificação e data da realização. Há áreas específicas para inserção dos dados dos equipamentos de uso em múltiplos leitos, como cardioversores, eletrocardiógrafo, monitores beira leito e para os equipamentos individuais por leito;
- Deve ser preenchido número de série e patrimônio de todos os equipamentos médicos; caso não tenha etiqueta de patrimônio, informar o setor de patrimônio para averiguar e, se necessário, inserir uma nova placa de controle de patrimonial;

Elaboração e Revisão: André Pinho Engenharia Clínica	Validação: Marina Azevedo Qualidade	Aprovação: Enf. ^a Vaneska Tainá Qualidade
---	--	---

	HOSPITAL PORTO DIAS	Data 1ª versão: 15/12/2016
		Ult. Revisão: 22/05/2024
		Vencimento: 21/05/2026
		Versão: 04
		Nº Páginas: 3/10
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	CONTROLE DE INVENTÁRIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HPD-EC-POP-02	

- A etiqueta de manutenção preventiva deve estar presente em todo equipamento conforme cronograma anual e deverá ser verificada e inserida a data para a próxima preventiva no campo correto no formulário, em caso de ausência informar no formulário.

4.1.2. Unidade de Internação

- Preencher o formulário de inventário UI (anexo II) com o setor responsável pela verificação e data da realização. Deve ser preenchido o tipo do equipamento e qual unidade de internação está localizado. Há áreas específicas para inserção dos dados dos equipamentos de uso comum a todos os leitos;
- Deve ser preenchido o número de série e patrimônio de todos os equipamentos médicos; caso não tenha etiqueta de patrimônio informar o setor de patrimônio para averiguar e, se necessário, inserir uma nova placa de controle de patrimonial;
- A etiqueta de manutenção preventiva deve estar presente em todos os equipamentos conforme cronograma anual e deverá ser verificada e inserida a data para a próxima preventiva no campo correto no formulário. Em caso de ausência da etiqueta, deve ser informado o setor de Engenharia Clínica.

4.1.3. Centro Cirúrgico

- Preencher o formulário de inventário de Centro Cirúrgico (anexo III) com o setor responsável pela verificação e data da realização. Há áreas específicas para inserção dos dados dos equipamentos de uso comum a todas as salas cirúrgicas;

Elaboração e Revisão: André Pinho Engenharia Clínica	Validação: Marina Azevedo Qualidade	Aprovação: Enf. ^a Vaneska Tainá Qualidade
---	--	---

	HOSPITAL PORTO DIAS	Data 1ª versão: 15/12/2016
		Ult. Revisão: 22/05/2024
		Vencimento: 21/05/2026
		Versão: 04
		Nº Páginas: 4/10
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	CONTROLE DE INVENTÁRIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HPD-EC-POP-02	

- Deve ser preenchido o número de série e patrimônio de todo equipamento médico, caso não tenha etiqueta de patrimônio informar o setor de patrimônio para averiguar e, se necessário, inserir uma nova placa de controle de patrimonial;
- A etiqueta de manutenção preventiva deve estar presente em todo equipamento conforme cronograma anual e deverá ser verificada e inserida a data para a próxima preventiva no campo correto no formulário, em caso de ausência deve ser informado o setor de Engenharia Clínica.

4.1.3. Pronto Socorro

- Preencher o formulário de inventário do Pronto Socorro (anexo IV) com o setor responsável pela verificação e data da realização. Deve ser preenchido o tipo do equipamento e qual unidade de Pronto Socorro está localizado. Há áreas específicas para inserção dos dados dos equipamentos de uso comum a todos os leitos;
- Deve ser preenchido o número de série e patrimônio de todo equipamento médico; caso não tenha etiqueta de patrimônio informar o setor de patrimônio para averiguar e, se necessário, inserir uma nova placa de controle de patrimonial;
- A etiqueta de manutenção preventiva deve estar presente em todo equipamento conforme cronograma anual e deverá ser verificada e inserida a data para a próxima preventiva no campo correto no formulário, deve ser informado o setor de Engenharia Clínica.

5. REFERÊNCIAS

Elaboração e Revisão: André Pinho Engenharia Clínica	Validação: Marina Azevedo Qualidade	Aprovação: Enf. ^a Vaneska Tainá Qualidade
---	--	---

 HOSPITAL PORTO DIAS	HOSPITAL PORTO DIAS	Data 1ª versão: 15/12/2016
		Ult. Revisão: 22/05/2024
		Vencimento: 21/05/2026
		Versão: 04
		Nº Páginas: 5/10
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	CONTROLE DE INVENTÁRIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HPD-EC-POP-02	

AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITÁRIA – Resolução – RDC Nº 50, de 21 de fevereiro de 2002. Disponível em http://www.anvisa.gov.br/anvisa/legis/resol/2002/50_02rdc.pdf

6. ANEXOS

ANEXO I - Formulário de Inventário UTI

ANEXO II - Formulário de Inventário UI

ANEXO III – Formulário do Centro Cirúrgico

ANEXO IV – Formulário do PS

ANEXO V – Etiqueta de Inventário

ANEXO VI – Etiqueta de Preventiva

7. QUADRO RECAPITULATIVO

Descrição da Revisão	Versão	Data
Emissão inicial	01	15/12/2016
Revisão Geral adequação ao capítulo FMS do Manual de Acreditação Internacional da JCI	02	15/12/2017
Revisão Geral adequação ao FMS.8 do Manual de Acreditação Internacional da JCI. Alterações: Responsabilidades: Incluído a assistência e as descrições. - UTI e UTI: inclusão de equipamentos no parque tecnológico e informação da ausência de etiqueta de manutenção preventiva.	03	03/09/2021

Elaboração e Revisão: André Pinho Engenharia Clínica	Validação: Marina Azevedo Qualidade	Aprovação: Enf. ^a Vaneska Tainá Qualidade
---	--	---

	HOSPITAL PORTO DIAS	Data 1ª versão: 15/12/2016
		Ult. Revisão: 22/05/2024
		Vencimento: 21/05/2026
		Versão: 04
		Nº Páginas: 6/10
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	CONTROLE DE INVENTÁRIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HPD-EC-POP-02	

<p>Revisão Geral, adequação ao FMS.9 do Manual de Acreditação Internacional da JCI</p> <p>Alterações:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Adequação dos Formulários de Uti e Ui. - Inclusão do formulário do Bloco Cirúrgico. - Inclusão da unidade de assistência Centro Cirúrgico. - Inclusão do formulário e unidade de assistência Pronto Socorro - Inclusão dos Anexos referentes às etiquetas de controle de inventário e Manutenção Preventiva. - Inclusão dos Anexos referentes aos formulários adicionados 	04	22/05/2024
--	----	------------


Elaboração e Revisão: André Pinho Engenharia Clínica	Validação: Marina Azevedo Qualidade	Aprovação: Enf. ^a Vaneska Tainá Qualidade
---	--	---

	HOSPITAL PORTO DIAS	Data 1ª versão: 15/12/2016
		Ult. Revisão: 22/05/2024 Vencimento: 21/05/2026 Versão: 04 N° Páginas: 7/10
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	CONTROLE DE INVENTÁRIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HPD-EC-POP-02	

Anexo I - Formulário de Inventário UTI

 Controle de Inventário UTI Gestão: Engenharia Clínica					
Setor:		Responsável:		Data:	
Equipamentos de Uso Comum					
Equipamento	Patrimônio	Número de Série	Última MP	Última Calibração	Última TSE
Cardioversor					
Eletrocardiógrafo					
Glicosímetro					
Maca de Transporte					
Balança					
Elevador de Paciente					
Leito:					
Equipamento	Patrimônio	Número de Série	Última MP	Última Calibração	Última TSE
Monitor Multiparamétrico					
Ventilador Mecânico					
Cama Berço Incubadora Hospitalar					
Bomba de Infusão					
Bomba de Alimentação					

Anexo II - Formulário de Inventário UI

 Controle de Inventário UI Gestão: Engenharia Clínica					
Setor:		Responsável:		Data:	
Equipamentos de Uso Comum					
Equipamento	Patrimônio	Número de Série	Última MP	Última Calibração	Última TSE
Cardioversor					
Eletrocardiógrafo					
Glicosímetro					
Monitor Beira Leito					
Maca de Transporte					
Balança					
Elevador de Paciente					
Leito:					
Equipamento	Patrimônio	Número de Série	Última MP	Última Calibração	Última TSE
Cama Berço Incubadora Hospitalar					
Bomba de Infusão					
Bomba de Alimentação					

Anexo III – Formulário de Inventário Bloco Cirúrgico

Elaboração e Revisão: André Pinho Engenharia Clínica	Validação: Marina Azevedo Qualidade	Aprovação: Enf. ^a Vaneska Tainá Qualidade
---	--	---

	HOSPITAL PORTO DIAS	Data 1ª versão: 15/12/2016
		Ult. Revisão: 22/05/2024
		Vencimento: 21/05/2026
		Versão: 04
		Nº Páginas: 8/10
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	CONTROLE DE INVENTÁRIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HPD-EC-POP-02	

 HOSPITAL PORTO DIAS Controle de Inventário Bloco Cirúrgico Gestão: Engenharia Clínica					
Setor:		Responsável:		Data:	
Equipamentos de Uso Comum					
Equipamento	Patrimônio	Número de Série	Última MP	Última Calibração	Última TSE
Cardioversor					
Glicosímetro					
Balança					
Maca de Transporte					
Sala Cirúrgica:					
Equipamento	Patrimônio	Número de Série	Última MP	Última Calibração	Última TSE
Mesa Cirúrgica					
Monitor Multiparâmetros					
Carro de Anestesia					
Termohigrômetro					
Bisturi Elétrico					
Bomba de Infusão					
Recuperação Pós Anestésica:					
Equipamento	Patrimônio	Número de Série	Última MP	Última Calibração	Última TSE
Cama Hospitalar					
Monitor Multiparâmetros					

Elaboração e Revisão: André Pinho Engenharia Clínica	Validação: Marina Azevedo Qualidade	Aprovação: Enf. ^a Vaneska Tainá Qualidade
---	--	---

 HOSPITAL PORTO DIAS	HOSPITAL PORTO DIAS	Data 1ª versão: 15/12/2016
		Ult. Revisão: 22/05/2024
		Vencimento: 21/05/2026
		Versão: 04
		Nº Páginas: 9/10
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	CONTROLE DE INVENTÁRIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HPD-EC-POP-02	


ANEXO IV – Formulário de Inventário do OS

 HOSPITAL PORTO DIAS Controle de Inventário Pronto Socorro Gestão: Engenharia Clínica					
Setor:		Responsável:		Data:	
Equipamentos de Uso Comum					
Equipamento	Patrimônio	Número de Série	Última MP	Última Calibração	Última TSE
Cardioversor					
Eletrocardiógrafo					
Glicosímetro					
Balança					
Maca de Transporte					
Sala Grave:					
Equipamento	Patrimônio	Número de Série	Última MP	Última Calibração	Última TSE
Cama Berço Incubadora Hospitalar					
Monitor Multiparâmetros					
Bomba de Infusão					
Ventilador Mecânico					
Sala Triagem:					
Equipamento	Patrimônio	Número de Série	Última MP	Última Calibração	Última TSE
Monitor Multiparâmetros					
Sala de Internação					
Equipamento	Patrimônio	Número de Série	Última MP	Última Calibração	Última TSE
Cama Berço Incubadora Hospitalar					

Anexo V – Etiqueta de Inventário

Etiqueta - Inventário

Hospital Porto Dias

Engenharia Clínica - Inventário	
Código: _____	Setor: _____
Equipamento: _____	
Patrimônio: _____	S/N: _____
Interno [<input type="checkbox"/>]	Comodato [<input type="checkbox"/>]
Médico [<input type="checkbox"/>]	
TÉCNICO: _____	DATA: __/__/__
<small>*Válido para processo interno dos Hospitais da Rede MaterDei e hospitais do grupo, conforme Gerenciamento de Equipamentos Médicos PRG-DIR-008.</small>	
	

Elaboração e Revisão: André Pinho Engenharia Clínica	Validação: Marina Azevedo Qualidade	Aprovação: Enf. ^a Vaneska Tainá Qualidade
---	--	---


 HOSPITAL PORTO DIAS	HOSPITAL PORTO DIAS	Data 1ª versão: 15/12/2016
		Ult. Revisão: 22/05/2024
		Vencimento: 21/05/2026
		Versão: 04
		Nº Páginas: 10/10
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	CONTROLE DE INVENTÁRIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HPD-EC-POP-02	

Anexo VI – Etiqueta de Preventiva

Engenharia Clínica - Manutenções Planejadas				
Processo	Conforme	Não Conforme	Não se Aplica	Próxima Manutenção
Manutenção Preventiva				
Calibração				
Teste de Segurança Elétrica				

TÉCNICO: _____ OS: _____

*Valido para processo interno dos Hospitais da Rede MaterDei e hospitais do grupo, conforme Gerenciamento de Equipamentos Médicos PRG-DIR-008



Elaboração e Revisão: André Pinho Engenharia Clínica	Validação: Marina Azevedo Qualidade	Aprovação: Enf. ^a Vaneska Tainá Qualidade
---	--	---