	HOSPITAL PORTO DIAS	Data 1ª versão: 01/12/2016
		Ult. Revisão: 29/05/2024
		Vencimento: 29/05/2026
		Versão: 04
		Nº Páginas: 1/5
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	AQUISIÇÃO DE TECNOLOGIAS MÉDICAS HPD-EC-POP-01	

1. OBJETIVO

Auxiliar a instituição na aquisição de tecnologias médico-hospitalares através de demanda ou planejamento.

2. RESPONSABILIDADES

2.1. ENGENHARIA CLÍNICA

Responsável pela avaliação técnica da viabilidade e pela introdução do equipamento no parque tecnológico em suas necessidades estruturais e de treinamento.

2.2. SUPERINTENDÊNCIA

Responsável pela aprovação da aquisição do equipamento.

2.3. SETOR ASSISTENCIAL

Responsável pela sinalização no caso da necessidade de um novo equipamento.

3. ABRANGÊNCIA

Institucional.

4. DESCRIÇÃO


4.1. AQUISIÇÃO DE TECNOLOGIAS MÉDICAS ATRAVÉS DE DEMANDA

4.1.1. Setor requisitante

- Identificar a necessidade de aquisição do equipamento;
- Realizar preenchimento da ordem de serviço no software Sydle, com o detalhamento da necessidade.

4.1.2. Engenharia clínica

Elaboração e Revisão: André Pinho Engenharia Clínica	Validação: Enf. ^a Vaneska Tainá Qualidade	Aprovação: Enf. ^a Drielly Costa Coordenadora da Qualidade
---	---	---


	HOSPITAL PORTO DIAS	Data 1ª versão: 01/12/2016
		Ult. Revisão: 29/05/2024
		Vencimento: 29/05/2026
		Versão: 04
		Nº Páginas: 2/5
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	AQUISIÇÃO DE TECNOLOGIAS MÉDICAS HPD-EC-POP-01	

- Realizar análise de viabilidade técnica, verificar se há disponibilidade no estoque de equipamentos novos e consulta do Plano de Aquisição/Renovação Tecnológica;
- Caso pertinente, convocar reunião com a gerência do setor, corporativo da rede e superintendência do hospital para avaliação do pedido. Em caso de aprovação, encaminhar o pedido para formalizar a aprovação via sistema Sydle.
- Caso haja aprovação, após a análise da Engenharia Clínica, o item seguirá o processo de compras.
- Realizar rotina de validação do recebimento do equipamento junto ao setor de patrimônio, pré-Instalação junto ao fornecedor, treinamento de usuários e incluir o equipamento no plano de manutenção e calibração.

4.2. NORMAS

- As necessidades médicas devem ser definidas e realizadas na base de uma estreita colaboração entre os setores, permitindo a expressão correta dessas necessidades, tomando em consideração os contextos técnicos e humanos, pondo em evidência as exigências em termos de consumíveis e manutenção. Esta etapa tem como papel fundamental garantir o melhor custo x benefício, pois através dela são verificadas quais especificações técnicas são mais adequadas dentro da realidade de mercado.
- Todos os setores, através de seus gerentes, poderão realizar a solicitação aquisição de tecnologias via Sydle. A engenharia também poderá fazer ordem de serviço para inclusão de aquisição.

Elaboração e Revisão: André Pinho Engenharia Clínica	Validação: Enf. ^a Vaneska Tainá Qualidade	Aprovação: Enf. ^a Drielly Costa Coordenadora da Qualidade
---	---	---

	HOSPITAL PORTO DIAS	Data 1ª versão: 01/12/2016
		Ult. Revisão: 29/05/2024
		Vencimento: 29/05/2026
		Versão: 04
		Nº Páginas: 3/5
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	AQUISIÇÃO DE TECNOLOGIAS MÉDICAS HPD-EC-POP-01	

- Não serão aceitas solicitações de aquisições de equipamentos sem a ordem de serviço aberta pelo Sydle;
- Todas as reprovações de pedido de equipamentos médicos deverão estar justificadas para o requisitante no Sydle;
- Este procedimento deverá ser seguido para equipamentos médicos imobilizáveis, cujo produto esteja sob domínio da ANVISA.
- O setor de patrimônio deverá ser comunicado e atuará juntamente com o setor de engenharia para cadastramento e emplacamento do equipamento adquirido.
- Todos os equipamentos adquiridos deverão ter registro na ANVISA.


4.3. AQUISIÇÃO DE TECNOLOGIAS MÉDICAS ATRAVÉS DE PLANEJAMENTO DE RENOVAÇÃO

- Será realizado um plano de renovação tecnológica anualmente no Hospital conforme a necessidade de renovação tecnológica. Uma vez aprovado o plano de renovação, os equipamentos a serem adquiridos serão acompanhados e seguirão o fluxo de aquisição por demanda, onde o setor solicitante será o setor de engenharia clínica.

4.4. CRITÉRIOS DEFINIDOS PARA O PLANEJAMENTO DE RENOVAÇÃO TECNOLÓGICA

- Nível de obsolescência do equipamento;
- Perfil técnico do equipamento;
- Análise de risco;

Elaboração e Revisão: André Pinho Engenharia Clínica	Validação: Enf. ^a Vaneska Tainá Qualidade	Aprovação: Enf. ^a Drielly Costa Coordenadora da Qualidade
---	---	---

	HOSPITAL PORTO DIAS	Data 1ª versão: 01/12/2016
		Ult. Revisão: 29/05/2024
		Vencimento: 29/05/2026
		Versão: 04
		Nº Páginas: 4/5
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	AQUISIÇÃO DE TECNOLOGIAS MÉDICAS HPD-EC-POP-01	

- Importância no plano de contingência;
- Pedidos de renovação de usuários.

A aquisição de equipamentos médico-hospitalares envolve uma série de parâmetros técnicos que, se desconsiderados, podem acarretar sérios problemas futuramente. Tais problemas podem ser observados na forma de baixa qualidade do equipamento, obsolescência tecnológica, falta de documentação técnica do equipamento, inexistência de assistência técnica etc.

5. REFERÊNCIAS

Cartilha de Boas Práticas de Aquisição ANVISA 2010.


6. ANEXOS

Fluxograma de aquisição de tecnologias médicas.

7. QUADRO RECAPITULATIVO

Descrição da Revisão	Versão	Data
Emissão inicial	01	01/12/2016
Revisão Geral adequação ao capítulo FMS do Manual de Acreditação Internacional da JCI.	02	01/12/2017
Revisão Geral adequação ao FMS.8 do Manual de Acreditação Internacional da JCI.		
Itens alterados: - Preenchimento da OS de requisição de compra; - Análise de compra da Engenharia Clínica e	03	02/09/2021

Elaboração e Revisão: André Pinho Engenharia Clínica	Validação: Enf. ^a Vaneska Tainá Qualidade	Aprovação: Enf. ^a Drielly Costa Coordenadora da Qualidade
---	---	---

	HOSPITAL PORTO DIAS	Data 1ª versão: 01/12/2016
		Ult. Revisão: 29/05/2024
		Vencimento: 29/05/2026
		Versão: 04
		Nº Páginas: 5/5
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	AQUISIÇÃO DE TECNOLOGIAS MÉDICAS HPD-EC-POP-01	

- Inclusão do cargo de gerência de enfermagem na confirmação da necessidade.		
Revisão Geral adequação ao FMS.9 do Manual de Acreditação Internacional da JCI Itens alterados: - Alteração de Alta direção por Superintendência do item 2. "Responsabilidades". - Alterado o software Tasy por Sydle em todo o documento. -- Alterado a periodicidade da renovação tecnológica do Item 4.3.	04	29/05/2024

Elaboração e Revisão: André Pinho Engenharia Clínica	Validação: Enf. ^a Vaneska Tainá Qualidade	Aprovação: Enf. ^a Drielly Costa Coordenadora da Qualidade
---	---	---